

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cyshb.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國113年4月22日

發文字號：嘉衛食藥字第1130014091號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

收	文	承辦人	理事長	批 示
113. 4. 25			簡吟如	PO. 潤
75				

主旨：有關光達國際生醫科技股份有限公司輸入販售之「"美帝可耐"高壓氧艙，衛部醫器輸字第025673號」外觀與許可證核准略有不同，違反醫療器材管理法規定一案，請轉知所屬會員配合旨揭醫療器材回收作業，請查照。

說明：

- 一、依據臺中市政府衛生局113年4月22日局授衛食藥字第11300517021號函辦理。
- 二、案係民眾反映旨揭業者輸入販售之旨揭產品，產品實際外觀與許可證原核准之外觀略有不符，違反醫療器材管理法第26條規定，業經臺中市政府衛生局裁處在案。
- 三、本案係屬第3級回收，為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會、嘉義縣西藥商業同業公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所（含附件）

局長趙紋華

裝

訂

線