

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cyshb.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國113年4月26日

發文字號：嘉衛食藥字第1130014785號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

文	承辦人	理事長	批 示
113.5.02		簡吟如	PO. 113
92	簡吟如		

主旨：有關禾瑞興業有限公司販售之「雅膚石蠟紗布(滅菌) (衛署醫器輸壹字第003717號)」及「雅膚醫療用防水薄膜黏性膠帶(未滅菌) (衛署醫器輸壹字第008826號)」，涉違反醫療器材管理法規定一案，請轉知所屬會員配合旨揭醫療器材回收作業，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局113年4月26日北市衛食藥字第11330262253號函辦理。
- 二、案係高雄市三民區衛生所於113年3月6日至「陽明新高橋藥局(高雄市三民區陽明路192號)」查獲旨揭公司持有之旨揭2項醫療器材許可證，其產品外包裝未標示警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用，復經衛生福利部食品藥物管理署檢視旨揭產品包裝標示，涉違反醫療器材管理法相關規定。
- 三、為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會、嘉義縣西藥商業同業公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所(含附件)

局長 趙 紋 華

裝

訂

線