

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cysbh.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國113年5月24日

發文字號：嘉衛食藥字第1130018287號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

收	文	承辦人	理事長	批	示
113. 5. 29		楊雅惠	簡吟如		PO. 113
409					

主旨：有關科舉顧問股份有限公司之「"柯特曼" 貝特斯引流管組」(衛署醫器輸字第019181號)(型號：821745；批號：7320001)醫療器材自願性回收一案，請轉知所屬會員，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局113年5月23日新北衛食字第1130969143號函辦理。
- 二、案係製造業者Integra LifeSciences通過內部調查，發現外部無菌包裝存有瑕疵，導致密封出現間隙或/和弱點，可能在處理過程中導致交叉污染，而採取自願性回收。
- 三、為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會、嘉義縣西藥商業同業公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所(含附件)

局長趙紋華

裝

訂

線