正　本

檔　　號：
保存年限：

發文方式：紙本郵寄

嘉義縣衛生局　函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號
承辦人：技士 簡吟如
電話：05-3620600#228
傳真：05-3620601
電子信箱：hb0734@cyshb.gov.tw

600
嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

收文	承辦人	理事長	批示
日期：113.12.16	楊雅惠	簡吟如	P0.閱
字號：977			

發文日期：中華民國113年12月11日
發文字號：嘉衛食藥字第1130043285號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關伍和儀器廠股份有限公司製造販售之「"伍和" 機械式輪椅 (未滅菌)(衛署醫器製壹字第000447號)(型號：WH805A；批號：89072)」醫療器材回收一案，請轉知所屬會員依說明段辦理，請查照。

說明：

一、依據新北市政府衛生局113年12月10日新北衛食字第1132438074號函辦理。

二、案係新北市政府衛生局113年2月26日至旨揭公司抽驗旨揭批號產品，該產品經衛生福利部食品藥物管理署113年7月23日FDA研字第1130006721號檢驗報告書測項「握套」及「多滾輪試驗」不符規定。

三、本案係屬第二級回收，為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。

四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會、嘉義縣西藥商業同業公會
副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所（含附件）

局長趙紋華 請假
副局長林裕珍 代行