

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技正兼代理科長 陳惠貞

電話：05-3620600-229

傳真：05-3620601

電子信箱：jone@cyshb.gov.tw

60045

嘉義市仁愛路347號5樓之8

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國109年1月20日

發文字號：嘉衛藥食字第1090002466號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

收	文	承辦人	理事長	批
109. 2. 03			陳惠貞	網誌公告

主旨：有關崇仁科技股份有限公司「"崇仁"氣閥」（衛署醫器製字第001492號），（型號：BC22，批號：181217、190924）醫療器材回收1案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局109年1月17日衛食藥字第1090001315號函辦理。
- 二、案係旨揭公司於108年12月26日經中央衛生主管機關通知，於美國衛生主管機關(FDA)網站頃獲一級安全警訊一則，該警訊指出貴公司旨揭產品由於洩壓閥組所排出的氣體壓力低於標準值，故啟動回收。
- 三、惠請協助轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用，並儘速配合回收事宜。

正本：嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會

副本：

代理局長 趙紋華

本案依分層負責規定授權主管科長決行