

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cysb.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國111年7月10日

發文字號：嘉衛食藥字第1110020288號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

收	文	承辦人	理事長	批 示
	111.7.14	楊雅惠	楊雅惠	PO.周

主旨：有關崇仁科技事業股份有限公司「崇仁」甦醒球組及其零配件（衛署醫器製字第001518號）（型號：2113、批號：211101）醫療器材回收一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局111年7月4日衛食藥字第1110015499號函辦理。
- 二、案係旨揭公司接獲全國藥物不良反應通報中心通知，發現甦醒球之intake valve cap氧氣管連接孔有阻塞風險，合先敘明。
- 三、為保障民眾健康安全，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，請轉知所轄相關醫療機構、藥局及藥商，配合下架回收相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所

局長趙紋華

本案依分層負責規定授權主管科長決行