

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cysb.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國112年7月14日

發文字號：嘉衛食藥字第1120023237號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

文	承辦人	理事長	批示
112. 7. 19	簡吟如		PO-潤

主旨：有關本轄厚美德生物科技股份有限公司製造販售之「厚美德金輕鬆血糖檢測系統」(衛部醫器製字第006265號，生產批號：C4H26011F，有效期限：2024/06)醫療器材回收一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據新竹縣政府衛生局112年7月12日新縣衛食藥字第1123800854號函辦理。
- 二、案係高雄市鳳山區衛生所於112年3月29日查獲旨揭醫療器材外包裝標示涉違反醫療器材管理法之規定，移予本局辦理。經查旨揭醫療器材外包裝未依核准刊載且有效期限僅標示「年/月」，違反醫療器材管理法第33條第1項之規定。
- 三、依據醫療器材管理法第58條及醫療器材回收處理辦法，本案係屬第三級回收，為維護民眾權益，請轉知所屬會員配合旨揭公司辦理回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所

局長趙紋華

裝

訂

線