

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

### 嘉義縣衛生局 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

承辦人：技士 簡吟如

電話：05-3620600#228

傳真：05-3620601

電子信箱：hb0734@cysbh.gov.tw

600

嘉義市西區仁愛路347號

受文者：嘉義縣藥師公會

發文日期：中華民國112年7月14日

發文字號：嘉衛食藥字第1120023289號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

文	承辦人	理事長	批
112. 7. 19	楊雅惠	陶敏如	PO. 周

主旨：有關匯極冠智慧循環能源股份有限公司販售之「匯極冠醫用口罩(未滅菌)」(製造日期及批號：2023.03.03)醫療器材回收一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據新竹縣政府衛生局112年7月13日新縣衛食藥字第1123800856號函辦理。
- 二、案係花蓮縣衛生局於112年2月3日查獲旨揭產品外盒許可證字號標示「衛福部許可証009755號」(製造日期及批號：2023.03.03)與核准「衛部醫器製壹字第009755號」不符，違反醫療器材管理法第33條第1項之規定。
- 三、依據醫療器材管理法第58條及醫療器材回收處理辦法，本案係屬第三級回收，為維護民眾權益，請轉知所屬會員配合旨揭公司辦理回收事宜。
- 四、副本抄發各鄉鎮市衛生所，倘有發現機構業者陳列販售旨揭商品，應配合旨揭公司下架回收作業相關事宜。

正本：社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義縣藥師公會、嘉義縣藥劑生公會

副本：嘉義縣各鄉鎮市衛生所

# 局長趙紋華

裝

訂

線